

СОЩ 7



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" (Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311478

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-Х/30-05-2025/437904786

Действительно до 29.05.2030

Средство измерений

Преобразователи давления измерительные; СДВ; СДВ-И; Рег. № 28313-11

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

A698361

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП 16-221-2009

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

66716-17 Манометры цифровые METROL 1X0 11454 2024 Эталон 3-го разряда Приказ

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

Росстандарта № 1520 от 28.07.2023; 66716-17 Манометры цифровые METROL 1X0 11454 2024 Эталон 2-го разряда

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

Приказ № 2091 от 01.10.2018 г.; 66716-17 Манометры цифровые METROL 1X0 11454 2024 Эталон 2-го разряда №2653
от 20.10.2022

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: 22,34 °C; атм. давление: 99,96 кПа; отн. влажность: 42,6 %

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИО ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437904786>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИО ОЕИ:

437904786

Поверитель

Горбунов Михаил Борисович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник
лаборатории №531

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки

30.05.2025

с. 04 7



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" (Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311478

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-Х/30-05-2025/437904775

Действительно до 29.05.2029

Средство измерений

Комплекты термопреобразователей сопротивления; КТСП-Н; КТСП-Н; Рег. № 38878-12
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

42597 г/х

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП ВТ 047-2002 "Комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н. Методика
поверки", согл. с ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС", 2006 г.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

80030-20 Калибраторы температуры "ЭЛЕМЕР-КТ-150К", "ЭЛЕМЕР-КТ-200К",

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

"ЭЛЕМЕР-КТ-500К", "ЭЛЕМЕР-КТ-650К" 21-5524Е 2021 Эталон 3-го разряда Приказ ФАПТРИМ №2712 от 19.11.2024

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

«ГПС для средств измерений температуры (часть 2)»; 80030-20 Калибраторы температуры "ЭЛЕМЕР-КТ-150К",
"ЭЛЕМЕР-КТ-200К", "ЭЛЕМЕР-КТ-500К", "ЭЛЕМЕР-КТ-650К" 21-5524Е 2021 Эталон 3-го разряда Приказ ФАПТРИМ №2712
от 19.11.2024 «ГПС для средств измерений температуры (часть 1)»; 80030-20 Калибраторы температуры
"ЭЛЕМЕР-КТ-150К", "ЭЛЕМЕР-КТ-200К", "ЭЛЕМЕР-КТ-500К", "ЭЛЕМЕР-КТ-650К" 21-5524Е 2021 Эталон 4-го разряда
ГПС, утв. приказом ФА по ТР и метрологии № 3456 от 30.12.2019

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: 22,34 °С; атм. давление: 99,96 кПа; отн. влажность: 42,6 %

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437904775>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:


437904775

Поверитель

Горбунов Сергей Михайлович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник
лаборатории №531

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Дата поверки

30.05.2025

А.А. Горбунов
подпись

Лоданов А.А.
фамилия, инициалы

С О Л И 7



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" (Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311478

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-X/30-05-2025/437904763

Действительно до 29.05.2029

Средство измерений

Расходомеры-счетчики электромагнитные; ПИТЕРФЛОУ; РС50, Ду50; Рег. № 66324-16

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

230121

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП 208-018-2022 "Расходомеры-счетчики электромагнитные Питерфлоу. Методика
поверки", согл. ФГБУ "ВНИИМС" 07.04.2022 г.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

3.1.ZZT.0377.2021

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: 19,27 °C; атм. давление: 100,17 кПа; отн. влажность: 71,06 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

другие факторы: температура воды 18,72 °C

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437904763>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:

437904763

Поверитель

Рипинский Артем Ильгизович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник
лаборатории №531

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Дата поверки

30.05.2025

подпись

фамилия, инициалы

С 000 7



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" (Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

№ RA.RU.311478

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-Х/30-05-2025/437904764

Действительно до 29.05.2029

Средство измерений

Расходомеры-счетчики электромагнитные; ПИТЕРФЛОУ; РС50, Ду50; Рег. № 66324-16
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

230636

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе
поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП 208-018-2022 "Расходомеры-счетчики электромагнитные Питерфлоу. Методика
поверки", согл. ФГБУ "ВНИИМС" 07.04.2022 г.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

3.1.ZZT.0377.2021

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: 19,27 °С; атм. давление: 100,17 кПа; отн. влажность: 71,06 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

другие факторы: температура воды 18,72 °С

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437904764>Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:

437904764

Поверитель

Рипинский Артем Ильгизович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник
лаборатории №531

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Дата поверки

30.05.2025

подпись

фамилия, инициалы

СОШ 2



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ» (Дальневосточный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»)
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

№ RA.RU.311478

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-Х/30-05-2025/437904780

Действительно до 29.05.2029

Средство измерений

Тепловычислители; ТВ7; ТВ7; Рег. № 67815-17

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

20102518

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе
поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

ТРОН.407290.007 МП «Тепловычислители ТВ7. Методика поверки», утв. ФГУП «ВНИИМ

им. Д.И. Менделеева» 16 декабря 2016 г.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

17567-09 Стенды СКС6 948 2016 Рабочий эталон ЛПС стенда СКС6, №17567-09

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

утвержденная ФБУ «Хабаровский ЦСМ» от 28.02.2022 г.; 17567-09 Стенды СКС6 948 2016 Рабочий эталон ЛПС

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

стенда СКС6, №17567-09 утвержденной ФБУ «Хабаровский ЦСМ» от 28.02.2022 г.; 17567-09 Стенды СКС6 948 2016

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: 24,34 °С; атм. давление: 99,99 кПа; отн. влажность: 54,2 %

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437904780>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:

437904780

Поверитель

Рипинский Артем Ильгизович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник
лаборатории №531

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Дата поверки

30.05.2025

подпись

подпись

фамилия, инициалы

СОШ 7



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" (Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.311478

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-Х/30-05-2025/437904785

Действительно до 29.05.2030

Средство измерений

Преобразователи давления измерительные; СДВ; СДВ-И; Рег. № 28313-11

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

A698360

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП 16-221-2009

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

66716-17 Манометры цифровые METROL 1X0 11454 2024 Эталон 3-го разряда Приказ

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

Росстандарта № 1520 от 28.07.2023; 66716-17 Манометры цифровые METROL 1X0 11454 2024 Эталон 2-го разряда

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

Приказ № 2091 от 01.10.2018 г.; 66716-17 Манометры цифровые METROL 1X0 11454 2024 Эталон 2-го разряда №2653
от 20.10.2022

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: 22,34 °C; атм. давление: 99,96 кПа; отн. влажность: 42,6 %
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437904785>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:

437904785

Поверитель

Горбунов Михаил Борисович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник
лаборатории №531

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Дата поверки

30.05.2025

подпись

фамилия, инициалы